

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA****UFFICIO METRICO**

28100 NOVARA – largo Costituente n. 6/A

**VERBALE DI ISPEZIONE**

ai sensi dei D.M. 182/2000, 0 D.M. 10.12.2001, D.M. 30.07.2004 e della delibera camerale N. 120/2004 .

Con il presente verbale si attesta l'azione di sorveglianza effettuata in data 5 maggio 2008; ai sensi delle normative sopra specificate, eseguita dai funzionari dell'Ufficio metrico sig.a GABRIELLA NEGRO e sig.a GIOVANNA SACCHETTI presso il laboratorio accreditato ALFA SERVICE S.A.S. di Calzeroni Fabio, Cazzola Antonio & C. - sito in- PARUZZARO – Via Borgomanero 26, assegnatario del numero di identificazione 02 sigla identificativa  $\alpha$ , che, in data 30.01.2008 ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento all'esecuzione della verifica periodica rilasciato con determinazione n. 10/2006 e rinnovato, per l'anno 2007, con determinazione n. 134/2007 che ha altresì approvato un ampliamento di idoneità.

Alla presenza de Sigg:ri

FABIO CALZERONI nato a Premosello Chiovenda (VB) il 07.08. 1963 identificato con Carta identità n° AJ 1183871 rilasciato dal Comune di Paruzzaro il 01.07.2004, in qualità di Responsabile del Laboratorio;


ANTONIO CAZZOLA nato a Premosello Chiovenda (VB) il 07.03.1968, identificato con Carta identità n° AM8129719 rilasciato dal Comune di Verbania il 17.03.2004 in qualità di Tecnico del laboratorio;

si è provveduto al controllo:

Controlli	Note ed osservazioni
quantità e legalità punzoni in possesso	n. 4 pinze e n. 17 punzoni
documentazione comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate	controllate le risultanze delle operazioni di verifica effettuate di cui risulta corretta registrazione (allegati a titolo esemplificativo n. 3 rapporti attestanti verifica periodica )
avvenuto pagamento del rinnovo	Effettuato in data 29.01.2008
rinnovo certificazione di qualità rilasciata da un organismo aderente alla EA (UNI CEI EN 45003 o UNI CEN EN 45012)	In allegato risulta il verbale della verifica ispettiva audit per il mantenimento della certificazione effettuata da Bureau Veritas effettuata in data 18.10.2007 che conferma certificazione non segnalando evidenze di rilievo rispetto al manuale della qualità riferito alla normativa ISO 9001:2000
validità dei certificati di taratura dei campioni di riferimento	Le masse in classe F1 e M1 sono state certificate da Centro SIT 117 CIBE e copie dei certificati risultano allegate al presente verbale
verifica dei campioni di lavoro	I campioni di lavoro risultano sottoposti a verifica con intervalli di conferma stabiliti dal responsabile del laboratorio valutando i fattori indicati nel manuale della qualità procedura IT / 6A. La tenuta dei campioni di lavoro appare peraltro appropriata e curata e parimenti risultano ben mantenuti i comparatori utilizzati per il confronto.
svolgimento attività del laboratorio	Si osserva che di norma l'attività del laboratorio è svolta prevalentemente a domicilio dell'utente metrico richiedente la verifica.

Dichiarazioni a verbale. // // //

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO



I FUNZIONARI DELL'UFFICIO METRICO

Gabriella Negro

Giovanna Sacchetti